

Välkommen till vår kundportal på webben!

Gå till: Radonkund.eurofins.se

Här skapar ni er en ny användare eller
logga in med en befintlig användare.



Har ni en större mängd lägenheter eller kontor
Längst ner på mina mätningar finns en excel-fil att använda

Spara ner den på er dator. När excel-filen är helt ifylld och mätningen klar,
logga in och ladda upp den.
Nu kommer all information direkt in i vårt system.

Starta mätningen

1. Registrera mätning:

Här ska ni fylla i fastighetsbeteckning - mätadress - lägenhet/lokal, detektornummer och start datum.

Avsluta mätningen

2. Avsluta mätning.


- sök upp fastigheten i listan

Klicka på namnet tills ni når sista fliken slutdatum och signera sedan med ert namn

Översikt

3. Avslutade mätningar:

Här kommer information synas att detektorena mottagits av laboratoriumet.



Färdiga rapporter finner ni i fliken rapporter.

Retur av försändelse till laboratoriumet

Brev

När ni har mellan
1-10 detektorer

Eurofins AB
Box 63
971 03 LULEÅ

Paket

Vid större försändelse
skickar ni paket till

Eurofins AB
Gammelstadsvägen 5F
972 41 LULEÅ

Notera era detektornummer
Vi behöver veta det när ni kontaktar oss

Radonavdelningen 010-490 84 80





GÖR SÅ HÄR; LÅNGTIDSMÄTNING AV RADON

1



Klipp upp aluminiumpåsen och ta ut mätdetektorerna. Nu börjar mätningen. För registrering av detektorer gå in på radonkund.eurofins.se. För mer information vänd på bladet.

2



För att erhålla ett årsmedelvärde är det viktigt att ni mäter under rätt tid. Mätsäsongen för radon pågår **1 oktober–30 april** och ska pågå under minst 60 dygn. För ett årsmedelvärde krävs det att du mäter med minst två detektorer, per bostad samt minst en detektor per våning med bostadsrum (ej förråd eller våtutrymmen). Det ena rummet ska helst vara ett sovrum och det andra ett rum ni ofta vistas i, tex vardagsrum.

3



Detektorerna ska placeras så centralt i rummet som möjligt, på ett bord eller häng dem gärna från en krok i taket så luft kan flöda fritt runt dem. Undvik att placera dem i närheten till fönster, ventilations- eller värmekällor. Minimumavståndet till golv, väggar och tak ska vara minst 25 cm.

4



Under mätperioden bor ni som vanligt hemma. Ventilationssystem ska vara igång och ni kan vädra som ni brukar. Till- och frånluftsdon får inte vara stängda. Låt mätdetektorerna ligga still under mätperioden.

5



Samla in detektorerna efter **minst 60 dygn**. Nu är mätningen klar. Logga in på radonkund.eurofins.se för att fylla i slutdatum och tid. **Skicka omedelbart** in detektorerna till laboratoriumet. **Observera att för lång tid mellan avslutad mätning och retur av detektorer kan medföra ett uteblivet årsmedelvärde.**

6



Via hemsidan kan ni följa processen från det att vi har mottagit detektorerna tills er rapport är klar. Så snart analysresultatet är klart kommer ni fått ett email. Det visar uppmätt radonhalt i de rum där detektorerna varit placerade samt årsmedelvärde för bostaden om så erhållits.

Tänk på!

Öppna aldrig detektorn, den är laddad och klar.

Viktigt att fylla i alla uppgifter på webben så vi kan färdigställa ett analysresultat.

Detektorerna har en begränsad hållbarhet, se aluminiumpåse.



Har ni frågor? kontakta oss på
Info.radon@eurofins.se 010-490 84 80



Registrering  via webben