

Välkommen till vår kundportal på webben!

Gå till: Radonkund.eurofins.se

Skapar er en ny användare eller
logga in med en befintlig användare.

Registrering:



Uppgifter om din bostad



Var ni haft placerat detektorerna samt startdatum och tid



Viktigt! Slutdatum och tid för när ni är redo att skicka in detektorerna för analys.



Rapporten är nu inskickad, här kan man följa de olika processerna era filmer går igenom.
Från de kommit in till oss tills ni har en färdig rapport.

Vad behöver vi veta?



Viktigt att ni fyller i alla uppgifter på webben så vi kan färdigställa ett analysresultat

Har ni köpt era detektorer via en konsult eller annan part kommer sidan vara tom och ni ser detta alternativ

Syns inte dina detektorer i listan? Har du fått dina detektorer från en annan återförsäljare? Registrera dem här.

[Registrera detektorer](#)

OBS! Fyll i alla detektornummer i fälten som ska vara på samma rapport innan ni sparar.

Retur av försändelse till laboratoriet

Brev

När ni har mellan
1-10 detektorer

Eurofins AB
Box 63
971 03 LULEÅ

Paket

Vid större försändelse
skickar ni paket till

Eurofins AB
Gammelstadsvägen 5F
972 41 LULEÅ

Notera era detektornummer
Vi behöver veta det när ni kontaktar oss

Radonavdelningen 010-490 84 80





GÖR SÅ HÄR; LÅNGTIDSMÄTNING AV RADON

1



Klipp upp aluminiumpåsen och ta ut mätdetektorerna. Nu börjar mätningen. För registrering av detektorer gå in på radonkund.eurofins.se. För mer information vänd på bladet.

2



För att erhålla ett årsmedelvärde är det viktigt att ni mäter under rätt tid. Mätsäsongen för radon pågår **1 oktober–30 april** och ska pågå under minst 60 dygn. För ett årsmedelvärde krävs det att ni mäter med minst två detektorer, per bostad samt minst en detektor per våning med bostadsrum (ej förråd eller våtutrymmen). Det ena rummet ska helst vara ett sovrum och det andra ett rum ni ofta vistas i, tex vardagsrum.

3



Detektorerna ska placeras så centralt i rummet som möjligt, på ett bord eller häng dem gärna från en krok i taket så luft kan flöda fritt runt dem. Undvik att placera dem i närheten till fönster, ventilations- eller värmekällor. Minimumavståndet till golv, väggar och tak ska vara minst 25 cm.

4



Under mätperioden bor ni som vanligt hemma. Ventilationssystem ska vara igång och ni kan vädra som ni brukar. Till- och frånluftsdon får inte vara stängda. Låt mätdetektorerna ligga still under mätperioden.

5



Samla in detektorerna efter **minst 60 dygn**. Nu är mätningen klar. Logga in på radonkund.eurofins.se för att fylla i slutdatum och tid. **Skicka omedelbart** in detektorerna till laboratoriumet. **Observera att för lång tid mellan avslutad mätning och retur av detektorer kan medföra ett uteblivet årsmedelvärde.**

6



Via hemsidan kan ni följa processen från det att vi har mottagit detektorerna tills er rapport är klar. Så snart analysresultatet är klart kommer ni fått ett email med er färdiga rapport bifogad som PDF-fil. Det visar uppmätt radonhalt i de rum där detektorena varit placerade samt årsmedelvärde för bostaden om så erhållits.

Tänk på!

Öppna aldrig detektorn, den är laddad och klar.

Viktigt att fylla i alla uppgifter på webben så vi kan färdigställa ett analysresultat.

Detektorerna har en begränsad hållbarhet, se aluminiumpåse.