

Välkommen till vår kundportal på webben!

Gå till: Radonkund.eurofins.se

Här skapar ni er en ny användare eller
logga in med en befintlig användare



Har ni en större mängd lägenheter eller kontor?
Längst ner på mina mätningar finns en excel-fil att använda

Spara ner den på er dator. När excel-filen är helt ifylld och mätningen klar,
logga in och ladda upp den.
Nu kommer all information direkt in i vårt system.

Starta mätningen

1. Registrera mätning:

Här ska ni fylla i fastighetsbeteckning - mätadress - lägenhet/lokal, detektornummer och start datum.

Avsluta mätningen

2. Avsluta mätning.


- sök upp fastigheten i listan

Klicka på namnet tills ni når sista fliken, slutdatum och signera sedan med ert namn

Översikt

3. Avslutade mätningar:

Här kommer information synas att detektorena mottagits av laboratoriet.



Färdiga rapporter finner ni i fliken rapporter.

Retur av försändelse till laboratoriet

Brev

När ni har mellan
1-10 detektorer

Eurofins AB
Box 63
971 03 LULEÅ

Paket

Vid större försändelse
skickar ni paket till

Eurofins AB
Gammelstadsvägen 5F
972 41 LULEÅ

Notera era detektornummer
Vi behöver veta det när ni kontaktar oss

Radonavdelningen 010-490 84 80





GÖR SÅ HÄR; KORTTIDSMÄTNING AV RADON

1



Klipp upp aluminiumpåsen och ta ut mätdetektorerna. Nu börjar mätningen. För registrering av detektorer på webben gå in på radonkund.eurofins.se För mer information vänd på bladet.

2



Ni ska alltid mäta med minst två detektorer, minst en detektor per våning med bostadsrum (ej förråd eller våtutrymmen).

Det ena rummet ska helst vara ett sovrum och det andra ett rum ni ofta vistas i, tex vardagsrum.

3



Detektorerna ska placeras så centralt i rummet som möjligt, på ett bord eller häng dem gärna från en krok i taket så luft kan flöda fritt runt dem. Undvik att placera dem i närheten till fönster, ventilations- eller värmekällor. Minimumavståndet till golv, väggar och tak ska vara minst 25 cm.

4



Under mätperioden bor ni som vanligt hemma. Ventilationssystem ska vara igång och ni kan vädra som ni brukar. Till- och frånluftsdon får inte vara stängda.

Låt mätdetektorerna ligga still under mätperioden.

5



Samla in detektorerna efter **minst 7 dygn**. Nu är mätningen klar. Logga in på radonkund.eurofins.se för att fylla i slutdatum och tid.

Skicka omedelbart in detektorerna till laboratoriet.

6



Via hemsidan kan ni följa processen från det att vi har mottagit detektorerna tills er rapport är klar. Så snart analysresultatet är klart kommer ni fått ett email. Den visar uppmätt radonhalt i de rum där detektorerna varit placerade samt årsmedelvärde för bostaden om så erhållits.

Allmän information om korttidsmätning:

En rådgivande korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp eller som snabbkontroll för att ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt.

Mätningen ska pågå minst 7 dagar (längre mättid ger säkrare mätvärden).

Resultatet är i vissa fall osäkert och bör därför tolkas därefter.

Observera att en rådgivande korttidsmätning **ALDRIG** ger årsmedelvärde. En rådgivande mätning bör alltid följas upp med en långtidsmätning

Tänk på!

Öppna aldrig detektorn, den är laddad och klar.

Viktigt att fylla i alla uppgifter på webben så vi kan färdigställa ett analysresultat.

Detektorerna har en begränsad hållbarhet, starta mätningen direkt.

Har ni frågor? kontakta oss på
info.radon@eurofins.se 010-490 84 80



Certifierat
miljölednings-
system



Akrediterad
mätmetod

Registrering



via pappersprotokoll